

Správné odpovědi

(chyby laboranta při manipulaci s kapací pipetkou Movette):

- 1) Laborant nejprve ponořil špičku do roztoku a teprve potom stiskl balonek. Vzduch vytlačený z balonku probublal kapalinu v kádince, mohl přispět k její oxidaci vzdušným kyslíkem nebo její vystříknutí z kádinky.
- 2) Laborant zvedl špičku pipetky z roztoku dříve, než povolil balonek. V důsledku toho se do pipetky nenabral téměř žádný roztok.
- 3) Laborant zmáčkl balonek příliš silně, což vedlo k jeho deformaci a mohlo by to případně způsobit i jeho poškození.